

GW INSTEK



ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

SPS-1230

SPS-1820

SPS-3610

SPS-606

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Москва 2008

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Распаковка источника питания	3
1.2	Проверка напряжения питающей сети	3
1.3	Термины и условные обозначения по технике безопасности	3
2	НАЗНАЧЕНИЕ	3
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3.1	Общие сведения	5
3.2	Режим стабилизации выходного напряжения	5
3.3	Режим стабилизации выходного тока	5
3.4	Шкала измерений	6
3.5	Защита инструментов от перенапряжения	6
3.6	Электрическая изоляция	6
4	СОСТАВ КОМПЛЕКСА ПРИБОРА	6
5	ПРИНЦИП РАБОТЫ	7
5.1	Принцип работы источника опорного напряжения	7
6	НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ	10
6.1	Перевод обозначенных органов управления и индикации	11
6.2	Органы управления и индикации передней панели	11
6.3	Органы управления задней панели	12
7	ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	14
7.1	Указание мер безопасности	16
7.2	Установка предела по току	16
7.3	Вольтамперная характеристика (ВАХ)	16
7.4	Выбор и установка режима работы	17
7.5	Установка ограничения по напряжению	18
7.6	Дистанционное управление прибором	19
8	ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ	19
8.1	Операции и средства поверки	20
8.2	Требования к квалификации поверяющей	20
8.3	Требования безопасности	22
8.4	Условия поверки и подготовка к ней	22
8.5	Проведение поверки	22
9	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	22
9.1	Замена преобразователя	32
9.2	Установка напряжения питания	32
9.3	Регулировки	32

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Распаковка источника питания

Источник питания отправляется потребителю заводом после того, как полностью подготовлен и проверен. После его получения немедленно распакуйте и осмотрите прибор на предмет повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Если обнаружен какой-либо дефект или неисправность, немедленно поставьте в известность дилера.

1.2 Проверка напряжения питания сети

Помните, что данный прибор может питаться от сети напряжением 115/230 В и частотой 50 Гц. Убедитесь, перед включением прибора, в соответствии положения переключателя напряжения сети и в соответствии номинала панкой пластики.

1.3 Термины и условные обозначения по технике безопасности

В данной Инструкции используются следующие предупредительные символы и надписи:



WARNING (ВНИМАНИЕ). Указание на состояние прибора, при котором возможно поражение электрическим током.



CAUTION (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ). Указание на состояние прибора, следствием которого может стать его неисправность.

На панелях прибора используются следующие предупредительные надписи:

DANGER (ОПАСНО). Высокая опасность поражения электрическим током.

WARNING (ВНИМАНИЕ). Предупреждение о возможности поражения электрическим током.

CAUTION (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ). Предупреждение о возможности порчи элементов прибора.

На панелях прибора используются следующие предупредительные символы:



ОПАСНО – высокое напряжение



ОПАСНО – горячая поверхность



ВНИМАНИЕ – смотри Инструкцию



ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ



КОРПУС ПРИБОРА



ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Регулируемые импульсные источники питания серии SPS предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным постоянным напряжением или током и может использоваться в лабораторных и производственных условиях.

Выходное напряжение и ток плавно регулируются в пределах от 0 до номинального значения. Для регулировки каждого из параметров используется ручки грубой и точной настройки. Установленные значения напряжения и тока отображаются на цифровом вольтметре и амперметре соответственно.

В источники питания SPS могут устанавливаться органы регулировки уровня защиты нагрузки от перенапряжения и дистанционного включения/выключения выходного напряжения.

Отличительными особенностями импульсных источников питания серии SPS являются:

- низкое значение рассеиваемой мощности,
- высокий КПД (до 70 %),
- малые массогабаритные показатели (по сравнению с источниками непрерывного действия),
- большой диапазон напряжения питания: 97 В ... 133 В (для сети 115 В) и 195 В ... 265 В (для сети 230 В),
- автоматическое управление режимами стабилизации напряжения и тока,
- установка нулевого значения выходного напряжения и тока.



Изготовитель оставляет за собой право вносить в схему и конструкцию прибора непринципиальные изменения, не влияющие на его технические данные. При небольшом количестве таких изменений, коррекция эксплуатационных документов не проводится.

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Общие сведения

Модель	Максимальные значения вых. параметров		Потребляемая мощность		Тип и номинал исполнительных предохранителей	Масса, кг
	Напряжение, В	ток, А	Вт	В×А		
SPS-1230	12	30	500	900	T10 A/250 B	2.0 B
SPS-1820	18	20	500	900	T10 A/250 B	3.2
SPS-3610	36	10	500	900	T10 A/250 B	3.2
SPS-606	60	6	500	900	T10 A/250 B	3.2



ВНИМАНИЕ! Постоянное напряжение 60 В и более - опасно для жизни. Берите осторожны при работе прибора при выходном напряжении 60 В.

Таблица 3.1

Напряжение питания: 115/230 В ± 10 %, 50 Гц (устанавливается с помощью переключателя).

Габаритные размеры: 130 (Ширина) × 165 (Высота) × 340 (Глубина) мм.

Условия эксплуатации: при температуре от 0 °C до 40 °C и относительной влажности не более 80 %.

Условия хранения: при температуре от минус 10 °C до 70 °C и относительной влажности не более 70 %.

3.2 Режим стабилизации выходного напряжения

Выходное напряжение плавно регулируется от 0 до максимального значения.

Предел допускаемой основной погрешности установки выходного напряжения не превышает $\pm (0.5 \times 10^{-2} \times U_{\text{уст.}} + 2 \times N)$, где: $U_{\text{уст.}}$ – устанавливаемое значение выходного напряжения, N – дискретность измерения выходного напряжения (см. п. 3.4), нестабильность выходного напряжения: при изменении напряжения питания ± 5 мВ и при изменении тока нагрузки: ± 0.003 .

Время установления выходного напряжения: ≤ 500 мкс (при 50 %-ом изменении нагрузки и $I_{\text{мин}} = 0.5$ А).

Уровень пульсаций выходного напряжения: ≤ 5 мВ сп. кв. ($U_{\text{max.}} = 100$ мВ) в диапазоне 20 Гц...20 МГц.

Предел допускаемой дополнительной погрешности установки выходного напряжения при изменении температуры окружающей среды в диапазоне $18^{\circ}\text{C} > T > 28^{\circ}\text{C}$ не превышает $\pm (10^{-4} \times U_{\text{уст.}})$ на 1 °C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для обеспечения указанной нестабильности и уровня пульсаций выходного напряжения, нагрузку следует подключать к выходным пинам, расположенным на задней панели прибора и промазать подключение точек обратной связи в соответствии с п.7.4.2.

4 СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПРИБОРА

Таблица 4.1

Наименование	Количество	Примечание
Источник питания	1	
Соединительные провода	1	GTIL-105 ($I_{\text{макс.}} \leq 3 \text{ A}$)
Руководство по эксплуатации	1	
Упаковочная коробка	1	

5 ПРИНЦИП РАБОТЫ

В состав источника питания входят (рис. 5.1, 5.2):

1. входной выпрямитель мостового типа (BD101),
2. инверторно-импульсный модулятор (U102),
3. регулирующий звеноиск (T104, Q105 – Q108),
4. звонкий трансформатор (T301),
5. выпрямитель (D301 – D302),
6. устройство контроля напряжения (Q303),
7. датчик тока (R341),
8. выходной фильтр (L302, C325),
9. схема управления выходным напряжением током (U302),
10. буферный накопитель (U302, Q301),
11. усилитель сигнала рассогласования (U301, U303),
12. юзел оптической развязки (U304),
13. источник испытательного питания (U201, U202, T201),
14. схема измерений,
15. источник опорного напряжения (ZD301, R307),
16. схема защиты от перенапряжения (U401, U402),
17. блок дистанционного управления (RL401, D402).




Рис. 5.1. Структурная схема источника питания
(зашита от перенапряжения и дистанционное управление отсутствуют)




Рис. 5.2. Структурная схема источника питания, обеспечивающего защиту нагрузки от перенапряжения и включение/выключение выходного напряжения

5.1 Принцип работы источника опорного напряжения

Принцип действия импульсных источников питания основан на выпрямлении напряжения сети входным мостовым преобразованием (BD101) с последующей стабилизацией ключевым широтно-импульсным регулятором (U102, T104, Q105-Q108) и выпрямленное выходное напряжение трансформатором преобразователем (T301) и выходным выпрямителем (D3301-D302), напряжения (U301, U303) с заданными значениями, которые устанавливаются регуляторами настройки напряжения тока и напряжения (U302) от 0 до максимального значения. Полученный разностный сигнал управляет цепью обратной связи стабилизатора через узел оптической развязки (U304).

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1 Кратковременное хранение

Прибор допускает кратковременное (гарантийное) хранение в капитальном не отапливаемом и отапливаемом хранилищах в условиях:

для не отапливаемого хранилища:

температура воздуха от минус 10 °C до + 70°C;
относительная влажность воздуха до 70 % при температуре +35 °C и ниже без конденсации влаги;

для отапливаемого хранилища:

температура воздуха от +5 °C до +40 °C;
относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °C и выше без конденсации влаги.

Срок кратковременного хранения до 12 месяцев.

10.2 Длительное хранение

Длительное хранение прибора осуществляется в капитальном отапливаемом хранилище в условиях:

температура воздуха от +5 °C до +40 °C;
относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °C и ниже без конденсации влаги.

Срок хранения прибора 10 лет.
В течение срока хранения прибор необходимо включать в сеть не реже одного раза в год для проверки работоспособности.

На период длительного хранения и транспортирования производится обязательна консервация прибора.